



Руководитель (заместитель руководителя)  
м.п. Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия 6 НОЯ 2017

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.310314

от " 29 " июня 2016 г.

на 1 листе, лист 1

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

### Общество с ограниченной ответственностью «Промэкоприбор» (ООО «Промэкоприбор»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество  
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н,  
№№ комн.: 516, 521, 524 – 528, 755

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГПА

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
<b>Измерения физико-химического состава и свойств веществ</b>				
1	Газоанализаторы, сигнализаторы, анализаторы-течеискатели, газоаналитические преобразователи, газоаналитические измерительные системы (ИС) и газоаналитические каналы ИС, газоаналитические комплексы, посты и станции для контроля промышленных выбросов, воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха и технологических сред	(0–3000) мг/м <sup>3</sup> (3–100) г/м <sup>3</sup> (0–4000) млн <sup>-1</sup> (0,4–100) % об. (0–50) % НКПР (50–100) % НКПР (минус 40–333) °С (333–1100) °С ±(0–50) гПа ±(50–200) гПа	ПГ ±(0,2–150) мг/м <sup>3</sup> ПГ ±(5–25) % ПГ ±(1,0–400) млн <sup>-1</sup> ПГ ±(5–25) % ПГ ±(2,5–5) % НКПР ПГ ±(5–10) % ПГ ±(2–3) °С ПГ ±(1,0–2,0) % ПГ ±(0,02–0,5) гПа ПГ ±(1,0–2,0) %	

Генеральный директор

должность уполномоченного  
лица



подпись уполномоченного

лица

А.Ю Мурашкин

инициалы, фамилия  
уполномоченного лица